

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Nazwa jednostki organizacyjnej: Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:

- uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:
 1. Decyzja DPWIS we Wrocławiu z dnia 02 czerwca 2020 roku – mammograf Mammomat Inspiration firmy Siemens
 2. Decyzja DPWIS we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2020 roku – aparat rtg ogólnodiagnostyczny Ysio Max firmy Siemens
 3. Decyzja DPWIS we Wrocławiu z dnia 26 marca 2020 roku – aparat rtg ogólnodiagnostyczny Rad Speed firmy Shimadzu
 4. Decyzja DPWIS we Wrocławiu z dnia 26 marca 2020 roku – aparat stomatologiczny punktowy X-Mind Unity firmy Acteon
 5. Decyzja DPWIS we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2019 roku Nr 1457/19 – tomograf komputerowy Somatom Go Up firmy Siemens
 6. Decyzja DPWIS we Wrocławiu z dnia 01 lutego 2018 roku Nr 140/18 – aparat rtg jezdny MAC firmy General Medical Merate sp.a
 7. Decyzja DPWIS we Wrocławiu z dnia 31 marca 2014 roku – aparat rtg jezdny Mobilett XP Eco firmy Siemens roku
 8. Decyzja DPWIS we Wrocławiu z dnia 02 sierpnia 2018 roku Nr 976/18 – aparat rtg ramię C Cios Connect firmy Siemens
 9. Decyzja DPWIS we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2014 roku Nr 77/14 – aparat rtg ramię C Siremobil Compact L firmy Siemens
 10. Decyzja DPWIS we Wrocławiu z dnia 26 marca 2020 roku – densytometr Lunar Aria firmy GE Medical Systems

- uruchamianiu pracowni:
 1. Pracownia mammograficzna - Decyzja DPWIS we Wrocławiu z dnia 02 czerwca 2020 roku
 2. Pracownia RTG 1 - Decyzja DPWIS we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2020 roku
 3. Pracownia RTG 2 - Decyzja DPWIS we Wrocławiu z dnia 26 marca 2020 roku
 4. Pracownia tomografii komputerowej - Decyzja DPWIS we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2019 roku Nr 1456/19
 5. Pracownia densytometrii - Decyzja DPWIS we Wrocławiu z dnia 26 marca 2020 roku
 - **zgoda DPWIS we Wrocławiu – decyzja nr 687/17 z dnia 08 maja 2017 roku na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego**
 - Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.07.2019r. do 30.06.2020r.) zmierzona dawka efektywna wyniosła: 0,1 mSv na osobę
 - Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych: <0,5mSv

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

- pracownicy: 20mSv/rok;
- ogół ludności: 1mSv/rok.

Uwaga:

- na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
- Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.